

## **包埋机**

1. 主蜡缸容积 $\geq 6.5$  升
2. 具备定时开机和关机功能，一周每天开关机时间可预设
3. 具有多路温度控制系统，工作台、蜡嘴、蜡缸、保存盒等可设置温度
4. 具备双重温度保护功能
5. 具备自动回蜡功能
6. 控温精度 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$
7. 加热镊子孔左右各 $\geq 3$  个
8. 流蜡功能可由手动和脚动开关控制
9. 具备修蜡装置，可用于整修蜡块和包埋盒周
10. 可任意调节流蜡量的大小
11. 蜡缸、保温盒、工作台最大温度 $\geq 85^{\circ}\text{C}$
12. 标配冷台，台面可容纳包埋盒 $\geq 60$  个
13. 冷台工作最低温度 $\leq -20^{\circ}\text{C}$
14. 配置大、小冷台
15. 自验收合格之日起计整机免费原厂保修期 $\geq 3$  年（包含维护、保养、维修及所有零配件等）

## **设备售后服务要求：**

- 1、负责完成与医院相关系统对接，费用包含在报价中
- 2、设备有维修密钥的需无偿提供
- 3、应急维修时间安排：报修后，1 小时内响应，12 小时内维修到位；

- 4、3 年原厂保修为全保保修服务：含整机及所有零配件等，整机所有零配件的更换、无限次人工维修服务、定期保养服务、系统的维护和升级（如网络、设备附属的硬件、操作系统及应用软件）等；
- 5、提供 7 天×24 小时免费维修服务响应热线。设备发生故障时，初次响应时间：1 小时，并提供电话技术支持。现场响应时间：12 小时内到达设备使用现场进行维修；
- 6、定期的维护保养、质控服务：每年提供不少于 4 次定期维护保养和质控，包含设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等等，并提供定期维护预先计划与保养及质控报告；
- 7、所更换的备件应是原设备生产厂家认证合格的全新零配件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害，备件供应 100%保障；
- 8、免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件（非功能软件）为最新版本；
- 9、保证设备全年日历日的开机率 $\geq 95\%$ ，按照一年 365 个日历日计算，未达到的天数，按 1:2 比例顺延保修期时间。
- 10、需包含设备使用前培训 $\geq 1$  次，保修期内培训 $\geq 1$  次/年。